Subject: Stromsonden SIS Kicker
Posted by Jürgen Florenkowski on Mon, 19 Mar 2012 07:50:38 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

In der Zeit vom 15.2.2012 bis 24.2.2012 sind in den SIS Kicker Modulen 4 bis 8 Stromsonden von Pearson, Typ 8290, eingebaut worden. Die Sonden befinden sich auf der Lemobuchse des Abschlusswiderstandes im SIS Tunnel. Die Module 1 bis 3 sind bereits vor 2 Jahren ausgerüstet worden. Die Stromsonden für das Modul 9 und den Q-Kicker werden schnellstmöglich im nächsten Shutdown eingebaut. Die Signale der Stromsonden sind mit RG213 zum SIS Kicker Kabelraum (gegenüber SIS Tunnel Eingang) geführt.

File Attachments

1) Datenblatt Stromsonde 8290.pdf, downloaded 1140 times
2) 06100014.JPG, downloaded 2529 times



3) 06100003.JPG, downloaded 2596 times

