
Subject: Stromsonden SIS Kicker

Posted by [Jürgen Florenkowski](#) on Mon, 19 Mar 2012 07:50:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

In der Zeit vom 15.2.2012 bis 24.2.2012 sind in den SIS Kicker Modulen 4 bis 8 Stromsonden von Pearson, Typ 8290, eingebaut worden. Die Sonden befinden sich auf der Lemobuchse des Abschlusswiderstandes im SIS Tunnel. Die Module 1 bis 3 sind bereits vor 2 Jahren ausgerüstet worden. Die Stromsonden für das Modul 9 und den Q-Kicker werden schnellstmöglich im nächsten Shutdown eingebaut. Die Signale der Stromsonden sind mit RG213 zum SIS Kicker Kabelraum (gegenüber SIS Tunnel Eingang) geführt.

File Attachments

- 1) [Datenblatt Stromsonde 8290.pdf](#), downloaded 786 times
- 2) [06100014.JPG](#), downloaded 866 times



3) [06100003.JPG](#), downloaded 853 times

