
Subject: Re: LabVIEW Anwendung als ActiveX Server

Posted by [Brand](#) on Mon, 03 Apr 2006 18:30:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Heinrich,

Du könntest Dein Problem über Kommandozeilen Parameter lösen.

Wenn Du Deine LabVIEW Applikation lokal startest, gibst Du die Parameter an. Wenn Du die Applikation als ActiveX-Objekt startest, fehlen diese halt und daran erkennst Du es.

DOS Prompt> ApplicationKind.exe -- /number:2,000000 "/string:local" /boolean:1

Ein Beispiel findest Du mit Hilfe des Example Finders->Index, Suchbegriff: Command; VIs: CommandLine.vi und Description.vi

Über die Eigenschaft Application.Kind findest Du darüber hinaus heraus ob Du das VI in der Entwicklungsumgebung oder als Executable gestartet hast.

Ich habe ein kleines LV8-Projekt und das Blockdiagramm als Bitmap angehängt. Für LV7 mußt Du es halt selbst implementieren.

Ich hoffe, dieser Lösungsansatz hilft Dir.

Gruß Holger

File Attachments

- 1) [ApplicationKind.zip](#), downloaded 747 times
 - 2) [ApplicationKind.bmp](#), downloaded 760 times
-