

---

Subject: Re: Niedrige Frequenz messen

Posted by [Manfred Leffler](#) on Thu, 17 Aug 2006 10:03:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Christian,

da der Counter auf 1 gesetzt werden muss wird auf counter1 gemessen.  
So wie ich die Skizze (your device - counter-1 - counter) von NI verstehe gibt  
Counter-1, also counter 0, die Torzeit für counter1 vor.

Manfred

P.S. Das gilt natürlich nur für das "traditionelle" DAQ-VI Measure Frequency  
(DAQ-STC).vi. Das DAQmx-VI Meas Dig Frequency-Low Freq 1 Ctr.vi benutzt ja nur einen  
Counter.

---